



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:

044226/2021

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

O Hospital Infantil Palmira Sales CNES Nº 2638991, visando a melhoria na qualidade do resultado de exames de imagem e o aumento em nossos atendimentos nas especialidades do serviço de complementaridade prestados pela gestão municipal. As aquisições dos equipamentos solicitados servirão para ampliar e contribuir para a melhoria da assistência ambulatorial e hospitalar atendendo ao contrato de cooperação técnica com o município.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Considerando a importância de contribuir para uma atenção qualificada, visamos garantir a qualidade e continuidade da realização de exames e internamentos hospitalares com essa aquisição iremos garantir a continuidade das cirurgias e exames e qualificar os profissionais para melhor utilização dos mesmos. Os equipamentos a serem adquiridos passarão por manutenções preventivas de forma a possibilitar aumento do tempo de utilização em condições favoráveis. Laudo de obsolescência em anexo.

PÚBLICO ALVO:

Com aquisição destes equipamentos nossos pacientes usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).serão beneficiados através dos atendimentos ambulatoriais, cirúrgicos e de internação hospitalar. Sendo assim, os tratamentos serão realizados de forma precoce com ultrassonografia e cirurgia com melhoria da qualidade do parque tecnológico proporcionando melhoria dos serviços prestados. Atualmente devido a baixa qualidade técnica do equipamento realizamos um número menor de atendimentos.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

A substituição dos equipamentos obsoletos e de baixa qualidade técnica iremos proporcionar um diagnostico mais eficaz, melhorando a conduta clinica trazendo uma maior resolubilidade com redução do número de transferências e o tempo de permanência hospitalar. As cirurgias por vídeo por serem menos invasivas, reduz o risco de infecção hospitalar. Diante da melhoria dos serviços prestados aos pacientes do SUS, os equipamentos a serem adquiridos serão utilizados e atenderão o aumento da demanda.

RESULTADOS ESPERADOS:

Com a aquisição dos equipamentos iremos realizar exames com qualidade trazendo melhoria aos resultados proporcionando diagnostico preciso e otimizando o numero de atendimentos oferecendo assim um tratamento de qualidade aos usuários do SUS com aumento do parque tecnológico traremos resolubilidade aos processos de hospitalização reduzindo o tempo de permanência do paciente, estimulando o desempenho da equipe técnica apta ao uso dos equipamentos adquiridos.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE		
CPF DO RESPONSÁVEL: ***.148.394-**	NOME DO RESPONSÁVEL: MARCELO LOPES		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE			CEP DO RESPONSÁVEL: *****-***

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 10.241.503/0001-02					
Razão Social do Proponente: HOSPITAL INFANTIL PALMIRA SALES					
Endereço Jurídico do Proponente: RUA CAP JOAO LEITE, S/N					
Cidade: GARANHUNS	UF: PE	Código Município: 2419	CEP: 55293310	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/Telefone: 8737629255
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA		Agência: 0052-3	Conta Corrente: 0030034957		
CPF do Responsável: ***.938.483-**	Nome do Responsável: COSMA JESUS				
Endereço do Responsável: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE				CEP do Responsável: *****_***	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 700.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2021	R\$ 700.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	12/11/2021	
FIM DE VIGÊNCIA:	21/12/2024	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2024	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 3.0	Valor:	R\$ 700.000,00
Início Previsto: 12/11/2021	Término Previsto: 21/12/2024	Valor Global:	R\$ 700.000,00
UF: PE	Município: 2419 - GARANHUNS	CEP:	
Endereço:			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Quantidade: 3.0 UN	Valor: R\$ 700.000,00	Início Previsto: 12/11/2021	Término Previsto: 21/12/2024

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Junho		ANO: 2023
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 494.900,00	
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 494.900,00	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Julho		ANO: 2023
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 205.100,00	
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 205.100,00	PARCELA Nº: 2

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO HOSPITAL INFANTIL PALMIRA SALES

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011422-Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA CAP JOAO LEITE, S/N				
CEP: 55293-310	UF: PE	MUNICÍPIO: 2419 - GARANHUNS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 200.000,00	V.TOTAL: R\$ 200.000,00
OBSERVAÇÃO: Aparelho de Ultrassom Doppler Colorido para aplicações em radiologia geral, vascular, obstetrícia e cardiologia (adulta, pediátrica, neonatal, intra operatório, abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, neonatal, pediátrico, cardiologia e transcraniano). Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler Color, Doppler contínuo, Doppler Pulsado e Power Doppler (angio). Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize). Monitor de LCD ou LED de resolução full HD ou superior com no mínimo 20 pol. No mínimo 4 portas ativas para conexão de 4 transdutores, selecionáveis pelo painel, não sendo considerado a porta pedoff. No mínimo 300.000 canais de processamento digital. Faixa dinâmica de no mínimo 260 dB. Todos os transdutores devem ser aptos a utilizar os modos de imagem B, M, Color Doppler e Doppler Pulsado. Software de harmônica de tecido compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem. Taxa de atualização (frame rate) mínima de 1.300 fps no modo B. Capacidade para no mínimo 55 programações de ajuste de imagens. Modos de imagem B simples e dual (B + B/C), M/B, M, B/D, D, B+Cor+Doppler em tempo real (modo triplex). Que permita captura de volume 3D free hand. Doppler tecidual espectral e colorido com os respectivos pacotes de medidas. Capacidade de magnificação da imagem, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada de no mínimo 8X. Memória ?cine loop? de pelo menos 400 MB de capacidade para armazenamento. Software de Imagem do tipo estendida ou panorâmica. Possibilidade realizar upgrade para realizar exames de Elastografia pela tecnologia Shear Wave. Que permita as seguintes medidas: Modo B (distância, volume, área, circunferência, ângulo); Modo M (tempo, distância, aceleração, frequência cardíaca); Doppler (velocidade, tempo, aceleração, frequência cardíaca, relação sístole/diástole, índice de resistência, índice de pulsatilidade com traçado automático). Função de medidas (IR e IP) com traçado automático do espectro de Doppler. Pacote de medidas para vascular e obstetrícia, com possibilidade de programação de novas medidas, fórmulas e tabelas. Profundidade máxima (penetração de imagem) de pelo menos 32 cm. Capacidade de armazenamento de imagens estáticas (fotos) e imagens dinâmicas (clips) com recurso para exportar em formato Windows (tiff, bmp, avi ou jpeg) e DICOM em CD, DVD e pen drive (porta USB). Software de composição espacial de Imagens de feixes entrelaçados combinados com harmônica de tecidos e doppler colorido. Imagem trapezoidal para todos os transdutores lineares, que permite o aumento do campo de visão em aproximadamente 20%. Software para cálculo automático da espessura média da íntima da artéria carótida. Protocolo de comunicação padrão Dicom 3.0 completo. Possibilidade de Realizar exames de caradiologia com Software de análise de strain cardíaco pela técnica speckle tracking, Software para cálculo automático da Fração de Ejeção cardíaca e Software para realização de exames de Eco stress. Possibilidade de se acoplar transdutor intraoperatório, setorial pediátrico e setorial neonatal. Permita a análise e pós-processamento posterior de imagens e vídeos, inclusive de realizar novas medidas. Todos os transdutores devem ser eletrônicos multifrequenciais, de banda larga e permitir a seleção eletrônica de pelo menos 6 (seis) diferentes frequências. 01 -Transduttore convexo (2,0 a 5,0 MHz), 01-Transdutor endocavitário (5,0 a 9,0 MHz com abertura mínima de 160), 01- Transdutores linear de banda larga (4 a 12 MHz com no mínimo 200 elementos), 01-Transdutor setorial adulto (2,0 a 5,0 MHz), 01-Transdutor setorial Pediátrico (2,0 a 8,0 MHz) 01 No Break onda senoidal pura on line. 01 Impressora a laser. ESPECIFICAR: SIM				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010254-Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA CAP JOAO LEITE, S/N				
CEP: 55293-310	UF: PE	MUNICÍPIO: 2419 - GARANHUNS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 400.000,00	V.TOTAL:	R\$ 400.000,00
OBSERVAÇÃO: 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com full HD. Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom Parafofocal. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Fonte de iluminação LED, com iluminação equivalente a xênon 300 watts. Possuir controle de intensidade de luz, com no mínimo 20.000 horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Insuflador de CO2, com Tela Sensível ao Toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro e visual. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à processadora de câmera. 02 cabos de fibra óptica de no mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera. 02 Endoscópios rígidos autoclavável, compatível com a imagem full HD, visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 30 cm. 01 Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos ofertados, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios. Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas e uma caixa completa para vídeo, contendo: 01 Cânula de insuflação de Veress 120 mm, 02 Trocaters de 10 mm com válvula torneira, 02 Trocaters de no mínimo 5 mm com válvula torneira, 01 Trocater de 10mm com ponta protegida, 01 Extrator de apêndice e redutor 10mm/5mm, 01 Cânula de dissecação com gancho de ângulo reto, 01 Pinça fenestrada para fundo de vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de apreensão 2X4 Dentes 36cm, 01 Pinça de apreensão fenestrada especial vesícula mínimo 33cm, 01 Pinça de dissecação Maryland mínimo 33cm, 01 Tesoura curva serrilhada cruzada mínimo 33cm, 01 Aplicador de clips médio large 10mm mínimo 33cm, 01 Cabo de diatermia, 01 Válvula para tubo de irrigação e aspiração, 01 Tubo para irrigação e aspiração 5mm mínimo 33cm, 01 Tubo de irrigação e aspiração 10mm mínimo 33cm, 01 Tubo de aspiração e irrigação com ponta agulha 5mm mínimo 33cm, 03 Containers para esterilização dos instrumentais.ESPECIFICAR: SIM				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 003020-Foco Cirúrgico de Teto				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA CAP JOAO LEITE, S/N				
CEP: 55293-310	UF: PE	MUNICÍPIO: 2419 - GARANHUNS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 100.000,00	V.TOTAL: R\$ 100.000,00
OBSERVAÇÃO: FOCO CIRURGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS COM GERAÇÃO DE LUZ ATRAVÉS DE LED DE LUZ BRANCA. SUSPENÇÃO GIRATÓRIA E ROTAÇÃO DE BRAÇOS DE 360 GRAUS (ROTAÇÃO INFINITA). SISTEMA DE DE SUSTENTAÇÃO NÃO DEVE EMPREGAR CONTRAPESOS, MAS SISTEMA DE FREIOS QUE PERMITAM QUE A CÚPULA PERMANEÇA ESTÁVEL NA POSIÇÃO COLOCADA. ILUMINAÇÃO POR CÚPULA MÍNIMA DE 160.000 LUX. VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS PELO MENOS 50.000 HORAS. AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA (FAIXA MÍNIMA) 50-100%; DIÂMETRO MÍNIMO DO CAMPO LUMINOSO: FAIXA DE PELO MENOS 20-25 CM; PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO (L1+L2): PROFUNDIDADE MÁXIMA DE PELO MENOS 1100MM; TEMPERATURA DE COR PADRÃO: ENTRE 4.300K E 5.000K (INCLUSIVE); ENERGIA RADIANTE MÁXIMA MW/M2. LUX: 3.7; COEFICIENTE DE COR MÍNIMO (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR): 93%. COEFICIENTE DE DILUIÇÃO DE SOMBRA PARA 1 MÁSCARA: MÍNIMO 43%; COEFICIENTE DE DILUIÇÃO DE SOMBRA PARA 2 MÁSCARAS: MÍNIMO 40%. MANOPLAS ESTERELIZÁVEIS, UMA PARA CADA CÚPULA; TENSÃO: 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO PESO DA ESTRUTURA: ATÉ 70KG. POSSUIR SISTEMA PARA REDUÇÃO DE SOMBRAS. POSSUIR SISTAMA PARA DISSIPACÃO DE CALOR PARA FORA DO CAMPO CIRURGICO. É EXIGIDO PARA TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA: TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. ESPECIFICAR: SIM				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 700.000,00			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

Diário Oficial da União Publicação do Convênio n 918278.pdf

Termo de Convênio nº 918278.pdf